

CNPJ: 01.613.167/0001-90  
RUA ISALTINO JOSE SILVESTRE, 643  
C.E.P.: 86125-000 - Tamarana - PR

### SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) PREFEITO MUNICIPAL

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

**OBJETO DA LICITAÇÃO:** contratação da Empresa CIRÚRGICA PLANALTO MATERIAIS HOSPITALARES inscrita no CNPJ: 24.413.415.0001-55 que apresentou o menor valor para aquisição de 01 (um) aparelho de Eletrocardiograma que será utilizado na sala de urgências e emergências do Hospital São Francisco no valor de R\$ 5.480,00 (Cinco M

**Processo Adm. nº:** 115/2019 **Modalidade:** Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

**Forma de Julgamento:** Menor Preço por Item

**Forma Pgto. / Reajuste:**

**Prazo Entrega/Exec.:** 30 DIAS

**Local de Entrega:** Secretaria Mun. de Saúde - Rua Demétrio Carneiro Siqueira ,011

**Urgência:**

**Vigência:**

**Observações:**

**Convidados:**

#### DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	1,000	Un	Equipamento: Eletrocardiógrafo 03 canais/12 derivações; Especificações técnica mínima:  *Leve, portátil, de fácil operação, com seleção das derivações e funções através de teclado de membrana e indicação dos comandos, QRS e falta de papel por meio de LEDs luminosos; *Registro de 03 canais, com captação simultânea das 12 derivações, por impressora com cabeça térmica de alta resolução de 8 dots/mm, imprimindo sequencialmente, em 04 grupos de 03 derivações(DI-DII-DII, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), nos modos manual e automático. *Impressão em papel termo sensível com até 80mm de largura por 30m de comprimento(possibilitando a obtenção de até 60 exames), com a identificação de data/hora, derivações, frequência cardíaca, ganho(sensibilidade), velocidade do traçado, filtros acionados e campo específico para os dados do paciente. *Possuir display gráfico LCD para visualização do traçado de ECG selecionado, derivação, data, hora, frequência cardíaca em tempo real, detecção do QRS e eletrodo solto. *Possuir memória interna, permitindo a reimpressão do último exame por intermédio da função cópia. *Construído com tecnologia digital de processamento de sinais, com frequência de amostragem de 1920Hz, possuir circuito com amplificador de entrada flutuante, protegido contra descarga de desfibrilador, eletrocautério e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, ajuste de ganho em 3 níveis(N/2, N, 2N), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s.	5.480,0000	5.480,00

Tamarana, 20 de Agosto de 2019.

-----  
PATRICIA FABIANA PEREIRA BARBOSA  
Presidente da Comissão de Licitação

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA**

Folha: 2/2

CNPJ: 01.613.167/0001-90  
RUA ISALTINO JOSE SILVESTRE, 643  
C.E.P.: 86125-000 - Tamarana - PR

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			<p>*Detecção e rejeição a pulsos de marca-passo na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica(60Hz) e tremor muscular(35Hz). *Alimentação por rede elétrica bivolt(110/220V), (50/60Hz), com seleção chaveada automática, fonte de alimentação incorporada, bateria interna recarregável(com autonomia de no mínimo 02 horas em uso normal ou aproximadamente 30 exames) e entrada externa opcional de 12VDC para uso em ambulância. *Dispositivo com porta USB para interface entre o eletrocardiógrafo e o PC, através de software dedicado, compatível com plataforma Windows, responsável pela execução, armazenamento, transmissão e impressão convencional de exames por meio do computador. *Com garantia de no mínimo de 12 meses após a data de recebimento pelo comprador, e assistência técnica especializada acessível dentro do território nacional. (013-01-0683)</p>		
<b>Total Geral -----&gt;</b>				5.480.0000	5.480,00

Tamarana, 20 de Agosto de 2019.

-----  
PATRICIA FABIANA PEREIRA BARBOSA  
Presidente da Comissão de Licitação

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) PREFEITO MUNICIPAL, ROBERTO DIAS SIENA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 115/2019, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Tamarana, 20 de Agosto de 2019.

-----  
ROBERTO DIAS SIENA  
PREFEITO MUNICIPAL